

備註代碼:D112

分類碼	D112
大小類碼	F-B-
品名表	脊椎固定桿鉤組 SPINAL FIXATOR (ROD HOOK/PLATE/SCREW/NUT)
備註欄	<p>一、長節固定適應症為：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 脊椎側彎變形須達四十度以上。2. 腰椎減壓手術後，須固定四個以上椎體者，須附脊髓攝影。3. 因骨質疏鬆、骨折變形，合併神經損傷須固定四個以上椎體者。4. 因前次脊椎手術後，須再行減壓和骨融合術達四個以上椎體者。5. 廣泛椎體切除術後之不穩定脊柱，須固定四個以上椎體者。6. 脊椎前方病灶，須固定四個以上椎體者。7. 腰椎駝背畸形，經切骨術後，須固定四個以上椎體者。 <p>二、短節固定適應症為：</p> <p>限脊椎骨折、脫位，廣泛性的椎弓切除術（面關節切除二分之一以上）須施行骨融合術者。</p> <p>三、前方固定適應症為：</p> <p>限脊椎骨折、腫瘤、脊椎感染須作前方固定術者。</p> <p>四、頸椎固定適應症為：</p> <p>頸椎退化、外傷及腫瘤引起不穩定時使用。</p> <p>五、橫向固定器(CROSS LINK)之適應症限用於(87/1/1 起)：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 脊椎固定三節或三節以上者。2. 有骨折並合併脫臼之情形。 <p>六、脊椎間體護架 CAGE 適應症：(93/04/01)</p> <p>(一)、頸椎部分：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 椎間盤廣泛切除會引起椎間不穩定者。2. 屈曲及伸展之 X 光顯示椎間有不穩定者。 <p>(二)、腰椎部分：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 屈曲及伸展之 X 光顯示椎間有二度以上 (\geqGrade II) 不穩定者(不穩定之定義如以前滑脫)。2. 椎間不穩定為一度 (Grade I) 而且<ol style="list-style-type: none">(1) 椎間盤內有 Vacuum phenomenon 或(2) MRI 有 Dark disc 或(3) Discogram(椎間盤顯示劑攝影)有強烈正相關者。3. 長節後方融合需到薦椎時，在 L5-S1(第五腰椎及第一薦椎中，可置放 Cage，因此處之融合失敗率相當高)。4. 超過三節以上之融合在最下層單節可使用 cage，例如 L3,L4,L5 後方融合時，L4-L5 可置放 Cage。 <p>(三)、須事前報備，經同意後使用。</p>